

<挿入形タービン流量計 挿入管対応マニュアル>

作成 平成 21 年 6 月 11 日
フローメジャメント株式会社
石川 大和

1. 点検項目

- ア) 顧客殿よりお送りいただいた当該挿入管の現状写真撮影
※お送りいただくのは、挿入管と端子ボックスとします、分解マニュアルは準備致します。
- イ) 挿入管外観検査(傷・曲がり・リード線の状況・接続ネジの損傷・磨耗箇所等のチェック)
- ウ) ピックアップコイルの絶縁抵抗及び線間抵抗の測定と記録
- エ) 挿入管内部充填剤の充填状況の目視確認
※点検項目の詳細は挿入管点検書式を参照して下さい。

2. 挿入管調査対応体系図

